

200: Nachweis erfolgreich durchgeführter Prüfungen

Certificate of tests that have passed successfully

Der Durchflusssensor Typ 200 erfüllt die nachfolgend aufgeführten Prüfnormen:
The flow sensor type 200 fulfils the below mentioned standards

Emissionen Störaussendung *Generic emission standard*

Keine Störaussendung möglich
No generic emission possible

Immunität Störfestigkeit *Generic immunity standard*

Störfestigkeit gegenüber **elektrostatischer Entladung** (ESD)
Immunity against electrostatic discharges

EN 61000-4-2

Class A

8kV / Luft / Air

- Störfestigkeit gegenüber **HF-Einstrahlung**
Immunity against radio-frequency electromagnetic fields
EN 61000-4-3

Class A

10V/m

- Störfestigkeit gegenüber **Burst**
Immunity against burst
EN 61000-4-4

Class A

4kV; >60 sec.

- Störfestigkeit gegenüber leitungsgebundener **HF**
Immunity against radio-frequency at common mode
EN 61000-4-6

Class A

10V

CH-5436 Würenlos, 03.09.2010



Peter Anliker
Product Development



Philippe Sager
Product Manager